

UPOZORNENIE:

Možnosť namerania nesprávnych hodnôt glukózy v krvi

POUŽÍVAJTE IBA glukometre a testovacie prúžky, ktoré sú špecifické na glukózu. Tieto metódy sa bežne používajú v biochemických laboratóriách. Za účelom zistenia metódy použitej na vyhodnotenie nameraných výsledkov kontaktujte výrobcu glukometrov a testovacích prúžkov.

NEPOUŽÍVAJTE glukometre a testovacie prúžky na báze pyrolchinolínchinón glukózodehydrogenázy (GDH-PQQ) alebo glukózového farbiva – oxidoreduktázy. Okrem toho nepoužívajte glukometre a testovacie prúžky, ktoré používajú metódu glukózovej dehydrogenázy s flavín-adenín-dinukleotidom (GDH-FAD). U pacientov, ktorí používajú **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5 %), môže použitie týchto metód viesť k falošne zvýšeným hodnotám glukózy následkom interferencie maltózy. Takýto výsledok môže zamaskovať skutočnú hypoglykémiu alebo môže viesť k nesprávnemu stanoveniu hyperglykémie, čo môže mať za následok ohrozenie života pacienta.

Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si stránku www.glucosesafety.com, ktorá obsahuje zoznam kompatibilných glukometrov.

Vantive

Pozrite upozornenia na opačnej strane

Meno pacienta

Používa **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5%),
roztok na peritoneálnu dialýzu.

V naliehavých prípadoch kontaktujte

Dialyzačné stredisko _____

Ďalší kontakt _____

Vantive a **EXTRANEAL** sú ochranné známky Vantive Health LLC alebo jej dcérskych spoločností.

SK-RC21-240004 (V1.0)

Dátum schválenia: November 2024